



<b>Rapporto di Prova</b> Test Report	<b>26-02906-02</b> Rev 00 Pag. 1 di 2	<b>Data</b> Date	29/04/2026
<b>Committente</b> Customer	<b>GEDA S.R.L.</b> Via Maestri del Lavoro, 16/18 33080 PORCIA - PN		

<b>Vostro riferimento / Reference</b>	Rif DDT 3.656 del 01/04/2026
<b>Ordine di acquisto/Purchase Order</b>	
<b>Campione / Sample</b>	LATO A -VERNICIATO,LATO B -VERNICE+TRASPARENTE
<b>Descrizione / Description</b>	PLACCA 100X150
<b>Data ricevimento / Receiving date</b>	07/04/2026
<b>Prova richiesta / Test</b>	RESISTENZA AL GRAFFIO - UNI EN ISO 1518-1
<b>Luogo esecuzione prova / Test place</b>	Viale Europa 40-41011 Campogalliano MO
<b>Data inizio prova / Test start date</b>	29/04/2026
<b>Data fine prova / Test end date</b>	29/04/2026

<b>NOSTRO CODICE CAMPIONE</b> Internal sample code	<b>CAMPIONE (codifica cliente)<sup>(1)</sup></b> Sample (customer name)	<b>DESCRIZIONE CAMPIONE<sup>(1)</sup></b> Sample description
26-02906 02-01-01	<b>LATO A -VERNICIATO</b>	PLACCA 100X150
26-02906 02-01-02	<b>LATO B - VERNICE+TRASPARENTE</b>	PLACCA 100X150

<b>RESISTENZA AL GRAFFIO</b>
<b>Metodo di Prova / Test Method:</b> N.A.
<b>Norma di Prova / Test Standard:</b> UNI EN ISO 1518-1
<b>Strumentazione / Equipment:</b> Hardness test pencil 318S
<b>Campionamento / Sampling:</b> Effettuato dal committente / Performed by the customer
<b>Ulteriore documentazione applicabile / Additional applicable documentation:</b> N.A.
<b>Condizioni ambientali di prova garantiti dal laboratorio/ Environmental test conditions guaranteed by the laboratory:</b> Intervallo di Temperatura/Temperature Range: T=23±3°C; Intervallo di Umidità Relativa/Relative Humidity Range: U<60%

Al termine della prova, dopo aver effettuato il graffio con una forza di 19,5 N, non si rileva il raggiungimento del metallo base su nessuna delle due facce. (Foto 1÷4)


Firmato digitalmente da: GIULIETTI LUCA - Responsabile di Commessa

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio. Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello "shared risk" in accordo con la ILAC-G8, senza tenere conto dell'incertezza, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente. Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.





Rapporto di Prova Test Report	26-02906-02 Rev 00 Pag. 2 di 2	Data Date	29/04/2026
	Committente Customer		
GEDA S.R.L. Via Maestri del Lavoro, 16/18 33080 PORCIA - PN			



**Il Responsabile della Prova**  
Dott. GIULIETTI LUCA



Firmato digitalmente da: GIULIETTI LUCA - Responsabile di Commessa

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, e non al campione o articolo da cui lo stesso è stato prelevato. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione del Laboratorio. Per le dichiarazioni di conformità, ove riportate, il Laboratorio adotta il criterio standard dello "shared risk" in accordo con la ILAC-G8, senza tenere conto dell'incertezza, salvo diversamente prescritto da norma, specifica o richiesto dal Cliente. Il Laboratorio declina la propria responsabilità per le informazioni fornite dal Cliente, ove riportate nel presente rapporto.

